

令和3年10月8日

お客様各位

製造販売元：S Bカワスミ株式会社
〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区
殿町3丁目25番4号

自主回収のお知らせ

平素より、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、販売名「セパセル インテグラ CA」（承認番号：21400AMZ00285000）」の側管部より血液が漏れたとの情報入手いたしました。同様の事象が発生する可能性が否定できないロットについて自主回収を実施することといたしました。なお現在までに当該製品に係る重篤な健康被害の報告は受けておりません。

お客様に多大なご迷惑とお手数をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

事情をご賢察の上、当該ロットの自主回収にご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

—記—

● 対象となる品番およびロット番号：

品番	ロット番号
ABD-400CA8FL	190125KB、190128KB、190222KE、190322KC、190419KB、190523KC、 190722KC、190829KC、190930KC、191130KC、200730KC、201128KC、 201204KD
ABD-200CA8FL	190131KB、190222KD、190402KC、190430KA、190628KB、190725KC、 201124KC

● 対象数量：7,360 セット

【本件に関するお問い合わせ先】

S Bカワスミ株式会社（旧社名 川澄化学工業株式会社）

担当：品質保証部 飯田、佐藤

電話番号：044-589-9751

FAX 番号：044-589-9768

以上