

令和8年3月3日

お客様各位

製造販売業者：S B カワスミ株式会社
〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区
殿町3丁目25番4号

自主回収のお知らせ

平素より、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度、販売名「ディスプレイザブル針状高周波ナイフ」（医療機器認証番号：302AFBZX00039000）のラベルに誤表記があったとの情報を販売業者から入手いたしました。調査の結果、特定のロットにおいて異なる製品の情報が記載された法定表示ラベルを貼付し、出荷している可能性があることが判明したため、対象のロットについて自主回収を実施することといたしました。

なお、現在までに本事象に起因する健康被害の報告は受けておりません。
お客様に多大なご迷惑とお手数をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
事情をご賢察の上、当該ロットの自主回収にご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

—記—

● 対象となる品番およびロット番号：

製品番号	ロット番号
MD-KD01L	506TKD09、509TKD10

● 対象数量：80 セット

【本件に関するお問い合わせ先】

S B カワスミ株式会社
担当：品質保証部 佐藤、江崎
電話番号：044-589-9751
FAX 番号：044-589-9768

以上