

# EBLデバイス

大腸憩室出血への新たな対応



## 用途 内視鏡下での大腸憩室出血点、内痔核、直腸NETの結紮

- 特長
- 空気駆動方式でOリングを離脱させ、結紮します。  
トリップワイヤーを使用しないため鉗子口を自由に使用可能です。
  - 多くの内視鏡に適応可能な3品番をラインナップ。



## 仕様

医療機器承認番号：23000BZX00102000

クラス分類II

製品番号	適応内視鏡径 (mm)	装着部カラー	1セットの構成	梱包単位	JANコード
MD-48910B	10.5~12.0	白	デバイス1個、 Oリングプレート1枚 (Oリング2個)	3セット/ケース	4545499068965
MD-48912B	12.2~13.0	緑			4545499068972
MD-48913B	13.1~13.8	青			4545499068989

【無滅菌】

- お願い
- ・本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
  - ・本製品は、本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
  - ・本製品の使用に際しては、電子添文をご確認の上ご使用ください。
  - ・本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。  
有効期限切れのものは使用しないでください。
  - ・本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
  - ・本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、  
使用しないでください。
  - ・本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
  - ・本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

【製造販売業者】

**SBカワスミ株式会社**

〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号

【お問い合わせ先電話番号】

東京 ☎03-5462-4824 大阪 ☎06-7659-2156  
 札幌 ☎0133-60-2400 名古屋 ☎052-726-8381  
 仙台 ☎022-742-2471 広島 ☎082-542-1381  
 北関東 ☎0495-77-2621 福岡 ☎092-624-0123